

INTA

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación agropecuaria

Préstamo BID 2412 OC-AR

**LPN OBRAS N° 12/2016: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGÍA ETAPA 2, PROVINCIA DE MENDOZA.**

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

Fecha: 23 de junio de 2016

PREGUNTA 1: Para la visualización y grabación de las cámaras se necesita una DVR y un monitor que no están indicados en los pliegos.

En caso de que haya que colocarlo es necesario que nos indiquen las especificaciones técnicas de dichos elementos.

RESPUESTA 1: Se deberá incluir la cotización de DVR en el ítem 23.3 Cámara de Seguridad Interior, ya que hace al funcionamiento de las mismas. No debe considerarse monitor.

El DVR será para computadoras, también llamados tarjetas o placas capturadoras. Estará conectado a una computadora estándar provista por INTA oportunamente, (internos con slot PCI, pero también hay externos por puerto USB).

La elección será en función de las cámaras indicadas. Debiendo presentar propuesta al Inspector de obra para su aprobación. Contendrá un soft que se instala en una computadora y por medio de la misma se visualizara y controlara las cámaras de vigilancia que estén conectadas. Se utilizara primera marca y calidad.



ESTEBAN VERRONE
ÁREA DE ADQUISICIONES
PROGRAMA INTA-BID